ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСА»
Провайдер проверок квалификации лабораторий

Аттестаты аккредитации: № RA.RU.430162, № AAC.PTP.00220
Сертификат соответствия СМК № RA.RU.ФК63.К0050

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Август 2022 г.

Настоящим удостоверяется, что **центр экологического мониторинга (ИВЭП ДВО РАН)** принимал(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и получил(а) удовлетворительные результаты анализа контрольных проб по следующим показателям:

Шифр образца	Показатель	Единица измерения	Результат анализа ± Δ*	Установленное значение ± Δа**
ОК-А2-22В	**Медь**	**мкг/л**	5,40 ± 2,16	5,06 ± 0,11
ОК-А2-22В	**Свинец**	**мкг/л**	6,02 ± 2,11	5,07 ± 0,12

* Погрешность результата анализа, указанная участником МСИ;
** Погрешность аттестованного значения показателя в ОК при Р=0,95.

Последние буквы в шифре образца обозначают объект анализа:
А – воздух; В – вода; О – осадок сточных вод;
П – почва; Р – реагент водоподготовки.

Приложение: отчет по результатам межлабораторных сравнительных испытаний.

Генеральный директор **А.В. Чамаев**

Начальник отдела контроля качества **А.В. Карташова**

Регистрационный № 3187/1 /2-МСИ-2022 - 1
г. Москва